



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

Серія Д

№ 002205



СВІДОЦТВО

**про визнання затвердження типу
засобів вимірювальної техніки**

№ UA-МІ/3-812-2011

Виданий 19 липня 2011 р.

Це свідоцтво, видане ЗАТ "ЭНЕРГОМЕРА", Російська Федерація, засвідчує, що на підставі "Соглашения о взаимном признании результатов государственных испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений, а также результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих испытания, поверку или калибровку средств измерений", підписаного 6 жовтня 1992 р. Держстандартом України, визнано результати державних випробувань і затвердження типу лічильників електричної енергії ЦЭ6807Б, проведених Федеральною агенцією з технічного регулювання та метрології Російської Федерації.

Лічильники електричної енергії ЦЭ6807Б на підставі рішення Науково-технічної комісії з метрології Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики зареєстровані в Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки за номером 13119-06.

Лічильники електричної енергії ЦЭ6807Б після ремонту та під час експлуатації підлягають повірці.

Міжповірочний інтервал, установлений під час визнання затвердження типу лічильників, не більше:

– шістнадцяти років (для лічильників виконань ЦЭ6807Б...МШ, ЦЭ6807БК...МШ, ЦЭ6807Б...МШ1, ЦЭ6807БК...МШ1, ЦЭ6807Б...МШ2, ЦЭ6807БК...МШ2, ЦЭ6807Б...МР, ЦЭ6807Б...МШ4, ЦЭ6807Б М7 Ш4);

– дванадцяти років (для лічильників виконань ЦЭ6807Б...ЭШ, ЦЭ6807БК...ЭШ, ЦЭ6807Б...ЭШ1, ЦЭ6807БК...ЭШ1, ЦЭ6807Б...ЭР, ЦЭ6807БК...ЭР);

– шести років (для лічильників інших виконань).

Голова комісії з реорганізації
Держспоживстандарту України



О.В. Пшеничка